ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 19/05/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-34340 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A- 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5- Nro)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5- Nro)	Pila (5- Nro)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5- Nro)	FILTROS (5- Nro)	BASE (5- Nro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5-Nro)	OBSERVACIONES
	10331	6.7	88.7											

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO FALLA

ART DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A- 1 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5- Nro)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5- Nro)	Pila (5- Nro)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5- Nro)	FILTROS (5- Nro)	BASE (5- Nro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5-Nro)	OBSERVACIONES
	10335	6.3	95.0	51	51									

FIRMA MANTENIMIENTO: