



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SADMAN-FR-009
Versión 2 Fecha Actualización 11/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 01-11-23 Remisión: Auxiliar Mantenimiento: Jovita Aduelo No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN1609B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible flama: SI NO Fecha Inicio Aislamiento: Fecha Fin Aislamiento:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, Q. BARRAS, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR'.

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '13410669525' and 'BALBUJA DAÑADA'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Escala PPa S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'REGULADOR DE PRESION 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierre Flujo-metro)', 'Flujo Máximo', etc.

Summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data for '1341466952'.