



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAG-MAN-FR-008
Versión: 3
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página: 1 de 3

Fecha Remisión: 4-11-23
Revisión:
Auxiliar Mantenimiento: JONICA ARQUELO
No. Orden:
IDENTIFICACION DEL EQUIPO:

Código Equipo: 7F55E2019070258
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: VALOR, MARCA, CLASIFICACION, DESCRIPCION, UNIDAD, ID. PLAGA, ID. PLAGA, ID. PLAGA. Handwritten entries: FILTRO CENTRAL DESGATE, FILTRO LATERAL DESGATE.

OTROS DATOS ADICIONALES (PUNTO POR PUNTO)

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, CONDENSADO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 214726686, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten entries: 1. Estado Pila 5.5 V (SI), 2. Prueba de Fugas (SI), 3. Conexión eléctrica (SI), 4. Conexión electrónica (SI), 5. Prueba de alarma (SI).

Descripción del desperfecto identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Handwritten entry: TAMIZES, 2, ANILLO, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten entries: 1. Fuga # 2 (Carga Flujo) (SI), 2. Fuga Manera (SI), 3. Desconexión eléctrica (SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (SI), 5. Activación de alarma de agua (SI).

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, CONDENSADO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 214726686, SI, SI, F.S, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI.