ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	7-11-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Agudelo	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 2474B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CONTROL MANTENIMIENTO CONCENTRADOR DE MATERIALES

FALLO	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO - LATERAL	1		Si	No
			VELCRO A CALE	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

INSTALACIÓN ACCESORIOS DAÑOS POR PACIENTE

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO

En Mantenimiento	HUMEDIMETRO (H-o)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (10 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FELTROS (10 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - HO)	MANGA (10 - 100)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
18280	64	950	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
K.7	MANGERA TARIZES	1		CABLE DE PODER	1
	MANGERA TORRE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre hujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión keypad de flujo	Desconecte linea eléctrica	SI
4	Activación de valvula de alivio	Observe manguera de salida de aire se comprime	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HUMEDIMETRO (H-o)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (10 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FELTROS (10 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - HO)	MANGA (10 - 100)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
18282	64	950	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO