



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-MAN-FR-028  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/02/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión **7-11-23** Remisión #  Auxiliar Mantenimiento **JONIES GIRADO** No. Orden

Código Equipo **NA-2480B** Fecha Inicio  Hora Inicio Labor  Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO  FECHA FIN AISLAMIENTO

TIPO DE DAÑO	CANTIDAD	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REVISADO	REVISADO
<b>RESILLA CENTRAL</b>	<b>2</b>			SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a F"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				
					SI-NO	SI-NO	SI-NO						BASE SI-NO	MAXI SI-NO			SI/NO
	3768165953			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Genero Alarma	No	SI	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Check		

DESCRIPCION DEL DAÑO IDENTIFICADO	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo mano)	Se verifica activación de alarmas (S1 - LS - SS)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED alarma) y (S1-CP-SS)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lejana de flujo	Destacada línea óptica	SI
5	Activación de vehículo de agua	Obstruir manguera de salida de aire de carrocería	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a F"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				
					SI-NO	SI-NO	SI-NO						BASE SI-NO	MAXI SI-NO			SI/NO
	3768264957			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	JARNA MANTENIMIENTO	