



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-MA/FR-028  
Version 2  
Fecha Actualización 11/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 8-11-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Jonice Aguado No. Orden

Código Equipo NN-3299B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJO, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: FILTROS LATERALES (2), FILTRO CENTRAL (1), ACOPLIE ATUBO HUMIFICADOR (1), REACHE CICRO (1).

DETALLES ADICIONALES SOBRE EL EQUIPO

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, ORIGEN, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BARRILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 1686664951.

Table with columns: No, Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 3.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results marked 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No, Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión rápida de flujo', 'Activación de válvulas de arranque'.

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, ORIGEN, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BARRILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 1686664951.