



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAN-FR-08
 Versión: 3 Fecha Actualización: 17/02/19
 Página 1 de 2

Fecha Remedia: **10-11-23** Remoción # _____ Auditor Mantenimiento _____ No. Orden _____

Código Equipo: **NN-3414B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FACTOR	DIARIO	SEMANAL	TRIMESTRAL	ANUAL	CONDICIÓN	REPARADO	REVISADO	REVISADO
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No
								SI No

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESENGLE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	1702063952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. OCLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Si		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	<i>Tarjetas de flujo con agua</i>															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuera	SI
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	<i>Awche</i>	1		<i>Kel Hurguras Limpia</i>	1
	<i>Tarjetas de flujo</i>	1		<i>Hurguras de tarjetos (tarjetos)</i>	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 3 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (SI - LO - EE)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) y (LL-AD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de tarjeta de alarm	Operar manguera de salida de aire en conexión	SI
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESENGLE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	1702063	95.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIN DE MANTENIMIENTO			