



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 GAD/MAN/PR-008  
 Versión: 2  
 Fecha Actualización: 17/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: **10-11-23** Revisado a: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-4917B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PAÑOS (1) BRND	PLANCHAS				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			PIE	"Flujo a 2"		REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		BUZOS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)			(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Genera Alarma:  No  Si

2. RUIDO EXTRAÑO:  Si  No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena  Mala

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: *Daños por las válvulas de las tuberías*

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: \_\_\_\_\_

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Con Refrescoamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	<i>Kit Mangueras de las tuberías</i>	1		<i>Tornillos</i>	2
	<i>Manguera de tanguero de Corques</i>	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 3 (Cierre Neumático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - EE)	SI
2	Pila Maestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-L2-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de fuga	Activación alarma electrónica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstrucción manguera de salida de aire de compresión	SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			PIE	"Flujo a 2"		REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		BUZOS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)			(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		

1058065953 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI