ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 14-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER ARUPELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN18663 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

NOVEDAD REPORTADO OPERADOR DE RELEVO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. RUNCATY	REPUESTO CAMBIADO	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FABRICANTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LL-LO-EO)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6l)	MANIJA (5l - 6l)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	21674	6.6	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		Kit MANGERA BALBULAS desicios	1
	Kit MANGERA TAMICES	1		FILTRO LACTERA	
	MANGERA TANQUE ofrena	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EO)	SI
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LL-LO-EO)	REJILLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6l)	MANIJA (5l - 6l)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	21676	6.5	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: