



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-008  
Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Emisión: **14-11-23** Revisión: **1** Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ADUJICO** No. Orden: **1**

Código Equipo: **NN-153** Fecha Inicio: **14-11-23** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **14-11-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

CONTAMINACIONES ADICIONALES DADA POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				20-102	20-103	20-104				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
	16530	65	88	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No		Si		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Mal	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA - 1.88															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena				Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguja a fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre válvulas)	Se verifica activación de alarmas (SL - L0 - ES)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Achúcar de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire se comprime	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				20-102	20-103	20-104		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16532	64	952	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
FIRMA MANTENIMIENTO															