



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 16-11-23 Remisión: Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADUDELO No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-4517B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PLAGA, DAÑO, CUBIERTA, DESCRIPCION, CANTIDAD, OBSERVACIONES, RESULTADO CAMBIOS. Includes a section for 'OTROS DAÑOS ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, VOLUMEN, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma: No, Si, Cuel? 2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena, Mala, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGAS EN TUBO REFRIGERACION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No, Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

Descripción del diagnóstico Identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like BPS, kit MANGERA TAMPER, MANGERA TANQUE OTISUA, SWUIS DE ENCENDIDO, MANGERA TUBO REFRIGERACION, PILA.

Table with columns: No, Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation tests for flow, alarm activation, and disconnection.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, VOLUMEN, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data at the bottom.