OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-039
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 22-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICR A. DUQUE/O | No. Orden:

Codigo Equipo: RN-4721B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

PLACA	TORO	CLASE DATO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. ETIQUETA	ETIQUETA CAMBIADA	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES HALLADOS POR EL AGENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (60% - 88%)	FLUJOMETRO (6l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	323299	6%	87	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA % 87

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.8. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit MANGUERA TANQUES	1		TANQUES	2
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			
	FILTRO de AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (60% - 88%)	FLUJOMETRO (6l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	323300	6-7	82	9	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: