



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MA-PR-008
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remate: **28-11-23** Retención: Auxiliar Mantenimiento: **Javier Pardo** No. Orden: _____

Código Equipo: _____ Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

REMARKS/ADDITIONAL DATA FOR FACILITY: _____

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1503266	6.6	95.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma											
2. RUZDO EXTRAÑO				3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA Hermética Anillos	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Rolo + 0 (Corte Fugado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
1	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S1-L3-E3)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida sin aire de compresor	SI
5	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1503465	956	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO