



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SACMAM/FF-308
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página: 1 de 2

Fecha Remisión: **28-11-23** Remisión a: _____
 Auxiliar Mantenimiento: **JONICE AGUIRRE** No. Orden: _____

Código Equipo: **202107000045** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FAJEA	DAÑO	CLASIFICADO			

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Fallo a S"		ABC				MAYOR	BARRAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	095765	943	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Denunció Alarma		No	Si										
3. RUIDO EXTRAÑO	Si	No			3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas										
				4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES								7. CONTROL DE TEMPERATURA				Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguda o fuerte	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FLUJOMETRO YUXJBE	1			
	JUNTA HEMETICA ANILLOS	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Fajónata)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de escape	Operar manguera de salida de aire en compresor	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		
8	OTRO:		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Fallo a S"		ABC				MAYOR	BARRAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	095864	9516	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: _____