

Fecha Remisión: **28-11-23** Remisión #: **Jonice Agudelo** No. Orden: **Jonice Agudelo**

Código Equipo: **ND-372813** Fecha Inicio: **Jonice Agudelo** Hora Inicio Labor: **Jonice Agudelo** Fecha Fin: **Jonice Agudelo**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALTERNATIVO
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

OTROS DATOS ADICIONALES PARA EL TÉCNICO

En Mantenimiento	MICROMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEGAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MANEJA			RUEGAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	1829265	145	5'	5'	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
4. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANTENIMIENTO GENERAL																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena																
Con Sobrecalentamiento																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suprimido)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta Flujómetro	SI
5	Activación de válvula de aire	Clicar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	MICROMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEGAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MANEJA			RUEGAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	18294	65	94	2	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO		