



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: SAC-MAN-FR-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/02/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-11-23 Remisión #
Auxiliar Mantenimiento: JONIER ARVUELO
No. Orden

Código Equipo: NN-1538B
Fecha Inicio
Hora Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, CL. SUPORTE, RESULTADO CABLEADO. Includes a vertical label 'UNIFORME REPOSICIÓN / OPERACIONES DE REPARACIÓN' on the left.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 2967166933.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists items like 'PROTECTOR DISPLAY', 'KIT MANGERA TAMPONES', 'KIT MANGERA TAMPONES CONECTORES'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo > 0 (Cama fugaz)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de fuga', 'Activación de válvula de alivio'.

En Mantenimiento (repeated): HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for equipment 2967266941.