OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-FR-008
		Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2018
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	02-10-23	Remisión #	196486	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beinpimea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-46143	Fecha Inicio	02-10-23	Hora inicio Labor		Fecha Fin	02-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (SI-NO)	ELECTRICOS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
														Mto
22740	6:5	94-9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CABLE DE PODER	1			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGUERA TRIMIXES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (SI-NO)	ELECTRICOS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
														Aprobado
22742	6:3	94,4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner