ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	02-10-23	Remisión #	196486	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-283613	Fecha Inicio	02-10-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	RECOMENDACIONES ALOJAMIENTO		FECHA ALOJAMIENTO				
									SI		No
									SI		No
									SI		No
									SI		No
									SI		No
									SI		No
									SI		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	AGUA (SI-No)	CODIGO DE BARRAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	10075	6.5	90.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza baja a 87%.												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		Tamices	2
	Kit manguera a tanque oxigeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	AGUA (SI-No)	CODIGO DE BARRAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	10080	6.5	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner