



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-09-23
Remisión #: 195974
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjomea
No. Orden:

Código Equipo: NN-2054B
Fecha Inicio: 25-09-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 04-10-23

Table with columns for equipment status and maintenance status. Includes 'EQUIPO CONTAMINADO POR GASES PELIGROSOS' and 'ESTADO DE MANTENIMIENTO'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), CODIGO DE BARRAS, RUEDAS.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma (No, Si), Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos, Mala, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Puréza baja a 86%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Si, Con Sobrecalentamiento: No

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 6.5 V (OK), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: TAM. ZES, 2

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (ES), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.