



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAG-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-09-23 Remisión #: 195083 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NU-45B Fecha Inicio: 13-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 04-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO ABILAMIENTO: FECHA FIN ABILAMIENTO:

Table with columns for equipment status and maintenance dates. Includes rows for 'EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' and 'FECHA INICIO ABILAMIENTO'.

Main maintenance checklist section. Includes sub-sections for 'PRUEBAS DE ALARMA' (Alarm Tests) and 'OBSERVACIONES' (Observations). Contains handwritten data for pressure (6.4), oxygen (80.8), and various test results (SI, NO, ES).

Table with 3 columns: No., Prueba (Test), Descripción (Description), and Resultado (Result). Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', and 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado: Alarma EZ, presión baja, se le cambiaron anillos

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'Tercera principal', 'Anillos', and 'switch encendido'.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', and 'Desconexión eléctrica'.

Final maintenance checklist section, similar to the first one, with handwritten data for pressure (6.453) and oxygen (95.3), and a signature 'Aprobado'.