



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-PR-008
Versión	2
Fecha Actualización: 17/10/2019	
Página 1 de 2	

Fecha Ramalón: 02-10-23    Rámilón #: 196486    Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benítez    No. Orden:   
 Código Equipo: NN-4566B    Fecha Inicio: 02-10-23    Hora Inicio Labor:    Fecha Fin: 03-10-23

EQUIPO CON MANTENIDO POR:		ESTADO DE MANTENIMIENTO:		ESTADO DE MANTENIMIENTO:	
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGOS DE BARRAS			PRUEBAS			OBSERVACIONES		
					Desconexión (E-05)	Pila (E-04)	"Flujo a 0" (L0-E5)	LL-01	LL-02	LL-03	LL-04	LL-05	LL-06		LL-07	LL-08
	18584	6.4	94	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	Mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	si	Con Sobrecalentamiento			no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1		Filtro interno	1
	Tamices	2		Pila	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	si
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGOS DE BARRAS			PRUEBAS			OBSERVACIONES
					Desconexión (E-05)	Pila (E-04)	"Flujo a 0" (L0-E5)	LL-01	LL-02	LL-03	LL-04	LL-05	LL-06	
	18387	6.3	94.3	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														