



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-609
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 09-10-23 Remisión # 196985 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo FFSAB2019020246 Fecha Inicio Labor 09-10-23 Fecha Fin 09-10-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like 11939, 6.4, 94.2, Si, Es, X, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data like 11941, 6, 94.3, Si, Es, X, and signature 'Aprobado'.