OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-003
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-1023 | Remisión #: | Auditar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 1142 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ORDEN PENDIENTE DE EQUIPO GENERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL/LI/ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1771264	88	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza mala, no se deja medir

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bajito	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera tanque oxigeno	1		TAMIZES	2

PRUEBAS REALIZADAS A LOS EQUIPOS DESPUES DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LI - ES)	
2	Pico Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	
4	Desconexion tecla de flujo	Desconexion linea electrica	
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL/LI/ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
1771364		95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: