



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAG-MAI-FR-003  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 12-10-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equip: NN-1456B Fecha Inicio Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPARADO, CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

ÁREAS DE INTERÉS

Table with columns: HORIZONTALIDAD, PRESION, OXIGENO, FLOWMETER, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), BARRAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 7203264910 SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for: Ciclado, Ruido extraño, Estado de mangueras, Sistema de refrigeración, Estado de las conexiones, Control de temperatura.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: Tamizes, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for: Flujo a 0 (Cierre Regulador), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión línea de flujo, Activación de alarma de flujo.

Table with columns: HORIZONTALIDAD, PRESION, OXIGENO, FLOWMETER, PRUEBAS DE ALARMA, BARRAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 12833 64953 SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.