ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión	12-10-23	Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MM-3312B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DIAGNOSTICO Y PERIODOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LS-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	24943	6.4	86	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Genera Alarma: No / Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno / Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo

PUREZA 7. 86

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno — Con Sobrecalentamiento

CUT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican los componentes electrónicos del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ACOPLE A TABLERO	1		TAMIZES	2
	MANGUERA TAMIZES	2			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS REALIZADAS (CUT)

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL / LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de Pilas	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida no sea de contenido	
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	FLUJO (L/M)	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LS-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	24943	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO