



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: SAC-MAINT-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 11/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 13-10-23  
Revisión #  
Auditor Mantenimiento  
No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NM-690B  
Fecha Inicio  
Hora Inicio Labor  
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  
SI NO  
FECHA INICIO AISLAMIENTO  
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HIGIENIZADO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, SELLLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generar Alarma No, Si, Cual?  
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos, Malos, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, Malo.  
3. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 87%  
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno, Con Subenfriamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado.  
1. Estado Pila 5.5 V: Verificar voltaje de la pila.  
2. Prueba de fugas: Se verifica conexión neumática del equipo.  
3. Conexión eléctrica: Se verifican las conexiones eléctricas del equipo.  
4. Control electrónico: Se verifican las conexiones electrónicas del equipo.  
5. Prueba de alarma: Se verifica sonido si es agudo o fuerte.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.  
FILTRO INTERNO 1  
MANGERA TAMIZES 2  
MANGERA SINGULORWEG 1

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado.  
1. Flujo = 0 (Cierre Flujo/metro): Se verifica actuación de solenoides (L1 - L1-E1)  
2. Flujo Normal: Se verifica actuación de alarma usual y sensor (LED Rojo o LED amarillo y L1-L1-E1)  
3. Desconexión eléctrica: Actuar el sistema alarma.  
4. Desconexión desde de flujo: Desconectar línea eléctrica.  
5. Actuación del solenoides de flujo: Operar manguera de solenoide de flujo de comando.

Table with columns: HIGIENIZADO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, SELLLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
14206 0495051 si si es si si si si si  
FIRMA MANTENIMIENTO