



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GADMAN-FR-009
Versión 3 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-10-23 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento [] No. Orden []

Código Equipo: 2020080000156B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA EN AISLAMIENTO []

Table with 5 columns: PILEA, CARGO, ASPECTO, RUIDO, and OBSERVACIONES. Contains handwritten 'SI' and 'NO' entries.

Table with columns: SER. Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '1181166950 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI'.

Table with 4 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado: Pureza baja, tamices botan ceo lita

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Contains handwritten entry: 'Tamices 2'.

Table with 4 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Sujinetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Acción de rotura de alita'.

Table with columns: SER. Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '1181364950 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI'.