ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	18-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-31988	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERANDO DE MANERA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. BODEGA	REQUIERE CAMBIARSE	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (5l / Hz)	FILTROS (5l / Hz)	BASE (5l / Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l / Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l / Hz)	RUEDAS (5l/Hz)	OBSERVACIONES
	19987.5	95.3	5l	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	6ALBULA de PRECION	1			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - 05)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-05)	
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	
4	Desbalanceo tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
7	Otros		
8	Otros		
	Otros		

Cl Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (5l / Hz)	FILTROS (5l / Hz)	BASE (5l / Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l / Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l / Hz)	RUEDAS (5l/Hz)	OBSERVACIONES
	19989.6	4	95.3	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO