



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: BAC-MAH-FR-006
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 17/10/2019
 Página 1 de 3

Fecha Remisión: **19-10-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **NA-3442B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO Fecha Inicio Aislamiento: Fecha Fin Aislamiento:

FALLA	BIENO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPARADO	REQUERIDO CAMBIO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

OPORTUNIDAD ADICIONALES DADO POR FACILITE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTRO	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
1879964945	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO														
2. RUIDO EXTRAÑO														
3. ESTADO DE MANDUERAS														
4. SISTEMA DE REFRIGERACION														
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica estado de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTENCNO	1			
	PILA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Clave pulsativa)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de escape de aire del compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
1880164948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO														