



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01
SAD-MAN-FR-009
Versión 2
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 19/10/23
Remisión a: []
Aular Mantenimiento: []
No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NA-4873D
Fecha Inicio: []
Hora Inicio Labor: []
Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI [] NO []
FECHA INICIO AISLAMIENTO: []
FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALLA	BIEN	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPERTE CAMBIAR
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLEN ADICIONALIZE DATOS POR PAGINAS

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BAJE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BAJE	MANGA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	20137	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: [] Generó Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [] NO [] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [] Malo []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: []

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: [] 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [] Con Sobrecalentamiento []

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al no agotar o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA TAMICES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarmas SL - LD - ES	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma alarm y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de aire en aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BAJE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BAJE	MANGA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	2014063	95.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TIRNA MANTENIMIENTO