



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MA-PS-008
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016
 Página: 1 de 3

Fecha Recepción: **19-10-23** Revisión: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MM-1528.B** Fecha Inicial: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL BORGIS	REPLUSTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HORO METRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Tijera" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MAQUA (SI-NO)		
	228716-4	9310	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No		SI				Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No			1. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
	7. CONTROL DE TEMPERATURA													
	Buena													
	Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión control de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORO METRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Tijera" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MAQUA (SI-NO)		
	220736393	0	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: