



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-AMH-FB-006
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: **24-10-23** Remedio # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **NN-22143** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	SERVO	PLANE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTES	PROPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	ODIOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Tiempo a 0" (SI/NO)				BARRA (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	1272264	89	51	51	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma		SI	NO								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas									
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 89													
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Se verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUMINIS de encendido	1	TANQUES		2
	MANGERA TANQUES	1			
	MANGERA TANQUES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Fujo Miedo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L.AS-ES))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión legada de fuga	Desconexión tres minutos	
5	Activador de alarma de ruido	Observar manguera de ventilación que se comprime	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	ODIOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Tiempo a 0" (SI/NO)				BARRA (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	1272363	95	51	51	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO