ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADAMIS-FR-008
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	25-1023	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NA-761B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTUDIO PREVIO Y PLANEACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lS)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJADA (5l - 6lS)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	66466.4	88	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No.		Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA % 88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.8. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica corazón neumático del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		TAMIZES	2
	MANGUERAS TANQUE OXIGENO	1		FILTRO INTERNO	1
	MANGUERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lS)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJADA (5l - 6lS)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	6647	64952	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO