

Fecha Remisión: **26-10-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-4178B** Fecha Inicia: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DAÑO	CLASE OXRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	14879	66	950	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Si	No	2. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
3. DAÑOS IDENTIFICADOS								
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica torción normalidad del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit MANGERA BALBUJAS	1		
	Kit MANGERA TAMIZES			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cama Substrato)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión torción de fuga	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activador de alarma de alarm	Clonar franquicia de alarma con su controlador	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	14840	63	954	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	