OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	26-10-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-782B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Km Mantenimiento	HIDRÓMETRO (m³/h)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXÍGENO (20% - 90%)	FLUJÓMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LL-LO-EB)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDAS (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
15352	6.6	88	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo					

OBSERVACIONES

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 7.8B

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
K1	MANGERA TAMIZES	1		FILTRO INTERNO	1
K1	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 8 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EB)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-EB)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión llegada de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida-lo que se comprimió	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Km Mantenimiento	HIDRÓMETRO (m³/h)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXÍGENO (20% - 90%)	FLUJÓMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LL-LO-EB)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDAS (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
15157	65	95.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO