



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAD-MAN-FB-008
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/03/2019
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: **27-10-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

Código Equipo: **7FSAB2020020000107** Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	USARE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO SARCADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE			
					(P-1)	(P-2)	(P-3)						
	13514	6.6	936	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				General Alarma	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	SI	SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V.	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión manométrica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagrama de identificación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cable Submarino)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora 2RD Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de agua	Operar manguera de salida de agua en conexión	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE			
					(P-1)	(P-2)	(P-3)						
	13515	6.3	9310	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: