# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2018 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 27-10-23 | Remisión # | | Analizar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | 7F55E20/907b120 | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**INFORME REPORTADO (PERSONAL DE SERVICIO)**

| VALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0- 7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJOMETRO (5l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min) | Pila (5l/Min) | "Flujo a 0" (LOW) | REJILLAS (5l/Min) | FILTROS (5l/Hrs) | BASE (5l/Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - MD) | MANIJA (80 - MD) | RUEDAS (50 Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85366:5 | 95 2 | | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | | Con Sobrecalentamiento | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 5l |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | 5l |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | 5l |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | 5l |
| 5 | Pruebas de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | 5l |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Suplmatric) | Se verifica activacion de alarmas (LL - LS - EE) | 5l |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-EE) | 5l |
| 3 | Desconexion electrica | Activacion alarma sonora | 5l |
| 4 | Desconexion tanque de flujo | Desconecta linea eléctrica | 5l |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Observar manguera de salida no sea se comprimir | 5l |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0- 7 PSI) | OXIGENO (100% - 99%) | FLUJOMETRO (5l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min) | Pila (5l/Min) | "Flujo a 0" (LOW) | REJILLAS (5l/Min) | FILTROS (5l/Hrs) | BASE (5l/Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - MD) | MANIJA (80 - MD) | RUEDAS (50 Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85386948 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | |

FIRMA MANTENIMIENTO