

Fecha Remisión: **27-10-23** Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **2020080000030A** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA:	DAÑO:	CLASE DAÑO:	DESCRIPCION:	CANTIDAD:	N. REPORTS:	RESULTADO CAMBIOS:
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DAÑO POR PAGADOTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 5"				BASE	MANGA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
1334		6.7	98.5	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
1. CILCADO	Tiempo de la prueba				Genero Alarma		No						Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuga # 6 (Cinta Fugadora)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E3)	51
1	Fuga Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3)	51
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
4	Activación de válvula de flujo	Obstacur manguera de salida de aire de compresor	51
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 5"				BASE	MANGA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
1336		64	98.5	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FINA MANTENIMIENTO	