ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 28-10-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2400B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ITEMS REPORTADO ENTRADA DE SERVICIO

FALLA	DUMO	CASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. RUNGATE	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL	1		Si	No
			FILTRO LATERAL			Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-Min)	BANDA (5l-Min)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	2608665	88	5	S	S	ES	S	S	S	S	S	S		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA X88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit MANGUERA TAMIZES	1		TAMIZES	2
	Kit MANGUERA TANQUE O2 1/6	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tecla de flujo	Desconecta línea oxiluminia	
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprime	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-Min)	BANDA (5l-Min)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
En Mantenimiento	2608765	95	3	S	S	S	ES	S	S	S	S	S	S	

FIRMA MANTENIMIENTO: