



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAS-MAN-PR-009 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31-08-23 Remisión #: 194084 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-3474 Fecha Inicio: 31-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 01-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'FALLA' with columns for 'SI' and 'NO'.

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Mto). Includes checkboxes for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V (ok), 2. Prueba de Fugas (Si), 3. Conexión eléctrica (Si), 4. Conexión electrónica (Si), 5. Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Flujo = 0 (Sierra flujómetro) (Es), 2. Flujo Máximo (Si), 3. Desconexión eléctrica (Si), 4. Desconexión tarjeta de flujo (Si), 5. Activación de válvula de aire (Si).

Bottom maintenance form section with fields for En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Firma Mantenimiento: Aprobado).