



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 31-08-23 Remisor: 194084 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: 02-09-23

Código Equipo: AF55E2919070295 Fecha Inicio: 31-08-23 Hora Inicio: 07:00

Equipo CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA DAÑO MECÁNICO EN LA BATERÍA

FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO
31-08-23	07:00	31-08-23	07:00

1. CICLADO

PRUEBAS DE ALARMA	FLUJÓMETRO	OXÍGENO	PRESIÓN	HÓRNETRO	REJILLAS	FILTROS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo

2. RUIDO EXTRAÑO

3. ESTADO DE MANGUERAS

4. DAÑOS IDENTIFICADOS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica con un neumático del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuertemente	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

7. CONTROL DE TEMPERATURA

8. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo de O <sub>2</sub> (Claro / Nublado)	Se verifica estado de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo de Aire	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-L-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjetas de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manifiesto de alarma en el equipo	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

9. ESTADO DE LAS CONEXIONES

PRUEBAS DE ALARMA	FLUJÓMETRO	OXÍGENO	PRESIÓN	HÓRNETRO	REJILLAS	FILTROS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

13433 67 952 SI

13435 63 946 SI