ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha: 31-08-23 | 194084 | Juan Diego Benjumea | No. Orden

Código: NN-2108B | Fecha inicio: 31-08-23 | Fecha fin: 04-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Si	No	
			Si	No	
			Si	No	
			Si	No	
			Si	No	
			Si	No	
			Si	No	

				PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
22228	6.8	93.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

2. RUIDO EXTRAÑO Si | No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS Bueno X | Malo — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS... : Bueno | ... TEMPERATURA: Si | ...: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			ok
			Si
			Si
			Si
		Se verifica ...	Si

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Mangueras tanque O2	2		Pila	1
	Manguera Tubo Refrigerac.	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
			Es
			Si
			Si
			Si
			Si

			PRUEBAS DE ALARMA								CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
22231	6,3	91,5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner