



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMULARIO
Codigo: OX-MANTEN-FR-009
Version: 2
Fecha actualizacion: 17/10/2019
Pagina 1 de 2

Fecha Remision: 04-09-23 Remision #: 144339 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benincosa No. Orden:

Codigo Equipo: DM210719337 Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 05-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ADELANTADO	FECHA FIN ADELANTADO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	2359	7.2	96.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma		No	X	S	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Boeno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	SI
3	Desconexion electronica	Activacion alarma sonora	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	SI
5	Activacion de varilla de bruto	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	2362	7.5	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO															