



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO QAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31-08-23 Remisión #: 194084 Auditar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: MW-3613B Fecha Inicio: 31-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 06-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

Table with columns for FALTA, DAÑO, and YES/NO status for various equipment components.

ADICIONAL PARA EQUIPO POR FACILITAR

ADICIONAL PARA EQUIPO POR FACILITAR

Main maintenance checklist table with columns for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLEUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and OBSERVACIONES. Includes handwritten entries like '228676580', 'PUREZA 80', and 'Bueno'.

Table with columns for No., Prueba, Descripción, and Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns for CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'MANGERA TANQUES' and 'MANGERA TANQUE OXIGENO'.

Table with columns for No., Prueba / Simulación, Descripción, and Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo a 0 (Cierre Flujo)', 'Flujo Máximo', etc.

OBSERVACIONES

Final maintenance checklist table, similar to the main one, with handwritten entries and a signature 'Juan D'.