



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-029
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 04-09-23 Remisión #: 194339 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: []

Código Equipo: NN-4800 B Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 07-09-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a section for ADDITIONAL REPAIRS FOR EQUIPMENT.

Maintenance check section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 89% no se sostiene en 90%'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado: []

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes entry: 'Kit manguetas a torque oxigeno 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance check section with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten note 'Reparación pendiente' and a signature.