



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-006  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 08-09-23 Remisión # 194735 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo W-3255B Fecha Inicio 08-09-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 11-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SI' and 'NO' responses.

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Bueno' and 'no'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (ok), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Conexión electrónica (Si), Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: FILTRO DE AIRE (1), MANGUERA BALBUENA DESIDIOS (2), MANGUERA TAMIZES (1), MANGUERA TANQUE OXIGENO (1), MANGUERA (1), CUMULUS DE ENCENDIDO (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Es), Flujo Máximo (Si), Desconexión eléctrica (Si), Desconexión Isleta de flujo (Si), Activación de válvula de alivio (Si).

Form with sections: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RESULTADOS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'Aprobado' and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.