



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23 Remisión #: 194971 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: []

Código Equipo: NN-4875B Fecha Inicio: 12-09-23 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PELAJA, FECHA INICIO DE ABLANTEO, FECHA FIN DE ABLANTEO. Includes 'SI' and 'No' columns for various checks.

PRUEBAS DE ALARMA section. Includes fields for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, and various alarm tests (1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA). Results include 'Bueno', 'Si', 'No', 'X', 'Malo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 6 tests: 1. Estado Pila S.S.V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros.

Descripción del diagnóstico identificada: []

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Entry: FILTRO INTERNO, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de alrno.

Final PRUEBAS DE ALARMA section. Includes fields for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, and various alarm tests. Results include 'Aprobado' and a signature.