



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-018 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión 12-09-23 Remisión # 194971 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo NN-40049 Fecha Inicio 12-09-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 13-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns for equipment status and dates. Includes rows for 'SI' and 'NO' under 'FECHA INICIO AISLAMIENTO' and 'FECHA FIN AISLAMIENTO'.

DAÑOS IDENTIFICADOS

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten values like 'Bueno', 'si', 'no'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'Manguera 1000 refriger.', 'Manguera Tangle 1/2 ventilador'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.