



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-09-23 Remisión #: 195617 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-3393B Fecha Inicio: 20-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 20-09-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for contamination status.

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE LAS CONEXIONES, etc. Includes handwritten 'mto' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes 'Kit manguera a tanque oxigeno 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes 'Flujo a 0 (Cierra flujoómetro)', 'Flujo Mínimo', etc.

Final maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, Ruedas, and a signature line with 'Aprobado' and a signature.