



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAH-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-09-23
Remisión #: 195617
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden:

Código Equipo: MN104313
Fecha Inicio: 20-09-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 20-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination status.

AMONESTACIONES AL PACIENTE

Main inspection form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (mto). Includes numbered checks for Ciclado, Ruido Extraño, Estado de Mangueras, Sistema de Refrigeración, and Conexiones.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results are OK, Si, Si, Si, Si.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with 4 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Inventory table for parts.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio. Results are Es, Si, Si, Si, Si.

Final inspection form with fields for En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Aprobado), and FIRMA MANTENIMIENTO.